

当院に通院中または過去に通院・入院されたことのある患者さん
またはご家族の方へ（臨床研究に関する情報）

当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、患者さんの診療情報を用いて行います。このような研究は、厚生労働省・文部科学省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号）の規定により、研究内容の情報を公開することが必要とされております。この研究に関するお問い合わせなどがありましたら、以下の問い合わせ先へご照会ください。

【研究課題名】 FDG PET/CT 撮影時における尿カテーテル内の尿を原因とする不正 PET 画像の発生機序究明および対策法の探索に関する研究

【研究機関名・長の氏名】 北海道大学病院 秋田 弘俊

【研究責任者名・所属】

北海道大学病院 医療技術部 放射線部門 副診療放射線技師長 孫田 恵一

【研究の目的】

FDG PET/CT 検査で散見される尿カテーテルによる不正 PET 画像の原因究明と対策を探索すること。

【研究の方法】

○対象となる患者さん

平成25年6月1日から令和元年7月31日までの間に当院に設置されている Philips 社製 PET/CT 装置（Gemini TF）にて実施された FDG PET/CT の検査を受けられた方

○利用するカルテ情報

年齢、性別、身長、体重、診断名、FDG PET/CT 検査における FDG の投与量、FDG PET/CT 検査時の血糖値、使用した PET/CT 装置名、PET/CT 装置で収集した画像データおよびその元データ

【研究実施期間】 実施許可日～2021年3月31日

この研究について、研究計画や関係する資料、ご自身に関する情報をお知りになりたい場合は、他の患者さんの個人情報や研究全体に支障となる事項以外はお知らせすることができます。

研究に利用する患者さんの情報に関しては、お名前、住所など、患者さん個人を特定できる情報は削除して管理いたします。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も患者さんを特定できる情報は削除して利用いたします。

* 上記の研究に情報を利用することをご了解いただけない場合は以下にご連絡ください。

[連絡先・相談窓口]

北海道札幌市北 14 条西 5 丁目

北海道大学病院 医療技術部 放射線部門 担当技師 孫田 恵一

電話 011-706-5701 FAX 011-706-7967